



INSTRUCTIONS POUR LES AIGUILLES HYPODERMIQUES JETABLES

INDICATIONS D'UTILISATION

L'aiguille hypodermique jetable peut être utilisée pour l'injection hypodermique. Elle convient aux utilisateurs de différents âges et constitue la méthode de base de la perfusion.

Structure et propriétés principales

- Le produit est composé d'un capuchon de protection, d'une aiguille et d'un support d'aiguille;
- Ce produit dispose d'une bonne propriété de rigidité, de ténacité et de résistance à la corrosion;
- Le capuchon de protection et le siège de l'aiguille s'accordent bien et ne se desserrent jamais d'eux-mêmes.

SPÉCIFICATION

18G à 30G

UTILISATION

- Il est utilisé avec d'autres instruments médicaux;
- Vérifiez la période de validité et l'intégralité des produits avant de les utiliser;
- Ouvrez l'emballage depuis le site de pelage et sortez l'aiguille hypodermique;
- Reliez-la fermement à la seringue;
- Retirez le capuchon de protection de l'aiguille. Effectuez ensuite une manipulation aseptique.

PRÉCAUTIONS

- Expulsez tout l'air contenu dans le cylindre de l'aiguille vers le haut, au cas où de l'air serait injecté dans le corps humain;
- Il doit être stérile et exempt de pyrogènes avant l'ouverture de l'emballage;
- Il a une période de validité de cinq ans, ne l'utilisez pas s'il a dépassé la date de validité;
- Jetez-le après une seule utilisation.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si le capuchon de protection est séparé, si une partie est manquante ou si un corps étranger est trouvé;
- Il doit être utilisé par une personne spécialement formée, et la peau doit être correctement stérilisée;
- Les produits ne peuvent pas être réutilisés. L'utilisation répétée peut provoquer une infection croisée, voire des maladies graves comme l'hépatite, le VIH et d'autres maladies infectieuses.

STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans des conditions où l'humidité relative est inférieure à 80%, il doit également être exempt de gaz corrosifs, frais, sec, bien ventilé et propre.

NE PAS RÉUTILISER	NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ	STERILE STERILE	STERILE EO STÉRILISÉ À L'OXYDE D'ÉTHYLÈNE
MD DISPOSITIF MÉDICAL	UDI IDENTIFIANT UNIQUE DU DISPOSITIF	ATTENTION	CE 2862
Système de barrière stérile unique	Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur extérieur		REV.: A/0 EN VIGUEUR : 24-01-2022